

PREFEITURA DE
HORIZONTE

Comissão Permanente de Pregão Horizonte <pregao@horizonte.ce.gov.br>

**URGENTE - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
2025.02.07.2 - EMPRESA LUMIAR SAÚDE**

1 mensagem



Alexsandra Ciotta <alexandra.ciotta@lumiarsaude.com.br>

26 de março de 2025 às 13:04

Para: pregao@horizonte.ce.gov.br

Cc: EQUIPE OP <licitacao@lumiarsaude.com.br>, Camila da Costa Santos <camila.santos@lumiarsaude.com.br>

URGENTE FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO**ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE**

Vimos por meio deste, com fulcro no ITEM 27.1 do edital de **PE 2025.02.07.2**, solicitar ESCLARECIMENTOS acerca de algumas especificações referente a disputa em comento e que conforme se depreende, carecem de um melhor entendimento.

A referida licitação tem por objeto a LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA USO DOMICILIAR POR PACIENTES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, verifica-se que algumas especificações limitam e podem prejudicar efetivamente a ampla participação no processo.

Isto porque no que tange a descrição do respectivo item, evidencia-se que esta reproduz com exatidão as do equipamento E70 da marca philips, assim vejamos:

Descrição do edital:

GRUPO 01 - AMPLA PARTICIPAÇÃO					
ITEM	CÓDIGO NO CATÁLOGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	V. UNT
7	20877	Locação de Máquina da tosse, com capacidade para aumentar ou restabelecer a remoção natural das secreções brônquicas via insuflação/desinsuflação mecânica, aplicação gradual de pressão positiva com uma rápida mudança para pressão negativa. Capacidade de gerar fluxo exalatório rápido e turbulento simulando o processo da tosse, anulando desta maneira os problemas associados aos procedimentos invasivos. Para uso em crianças, adultos e idosos que não possuem efetividade da tosse. Deverá ser de fácil operação (já que terá uso domiciliar), com tempos de inalação/expiração totalmente ajustáveis. Configurações ajustáveis do fluxo de inalação, manual e automático, podendo ser usado com máscara facial (adulto e pediátrico), com um bocal ou com um adaptador para traqueostomia. Especificações Mínimas: Pressão Positiva ajustável de no mínimo 05 e máxima de 70 Cm H20 Pressão Negativa ajustável de no mínimo 05 e máxima de 70 Cm H20 Medidor de Pressão – 70 a 0 + 70 Cm H20	Serviço	36	R\$ 2.666,01



O produto em referência foi descontinuado como carta em anexo e existem outros no mercado com as mesmas características clínicas que atendem as necessidades dos pacientes

EM ANEXO:

Vejam que por si só o presente direcionamento é uma afronta aos princípios da **isonomia** e **competitividade**, no entanto esse quadro é ainda mais grave quando há no mercado produto de capacidade até superior, e que não poderá ser apresentado na disputa por mera incorreção na elaboração do edital.

Em consonância ao supracitado, trazemos a pauta o Assistente de tosse **Onyx Easy Cough** de fabricação nacional/própria (comercializado por diversas empresas) e que conforme atende todas as exigências do edital, exceto a pressão positiva e negativa MINIMA inclusive possui diferenciais em diversos quesitos, vejam abaixo:

Possuir display Touch Screen e possibilidade de acoplar pedal para facilitar as manobras de higiene brônquica.

Mínimas: Pressão Positiva ajustável de **no mínimo 05 e** máxima de 70 Cm H20 Pressão Negativa ajustável de **no mínimo 05 e** máxima de 70 Cm H20 Medidor de Pressão – 70 a 0 + 70 Cm H20

Funcionalidades e Benefícios

- Design moderno e arrojado, com display grande e colorido;
- Configuração intuitiva e objetiva (poucos cliques);
- Fluxo de inalação ajustável;
- Contagem regressiva para início da terapia;
- Visualização do volume corrente (ajuda a determinar a pressão inspiratória adequada);
- Visualização do pico de fluxo de tosse (ajuda a determinar a pressão expiratória adequada);
- Visualização gráfica das pressões;
- Permite até três configurações de terapia.
- Auxilia ou substitui a tosse;
- Ajuda a remover as secreções pulmonares;
- Reduz a ocorrência de infecções respiratórias;
- Diminui o tempo de internações hospitalares;
- Alternativa segura e confortável para sucção;
- Diminui a falta de ar;
- Pode ser usado com máscara facial, bucal, tubo endotraqueal ou traqueostomia;
- Auxilia a expansão pulmonar;
- Previne atelectasia;



Podendo se concluir que eventual exclusão de um equipamento como este da disputa, trará não só prejuízos para a administração que ficará restrita a um único tipo de negociação, mas principalmente para os pacientes que não poderão sequer ter a chance de utilizar um equipamento que contempla o que há de mais moderno no mercado.

E sendo assim, requeremos perante essa Nobre Comissão:

• Sobre o ITEM 7 (Locação de Máquina da tosse) , considerando a superioridade técnica e econômica, podemos apresentar o equipamento MODELO **Onyx Easy Cough** ?

- Podemos considerar : • Pressão Positiva Ajustável de 10 a 70 cm de H2O • Pressão negativa Ajustável de 10 a 70 cm de H2O • Medidor de pressão: -70 a 0 a +70 cm H2O •

Cabendo inclusive ressaltar, que todas as sugestões aqui requeridas em nada prejudicam o bem estar do paciente e principalmente a sua terapia, sendo este esclarecimento apenas um mecanismo de ampliação da disputa, assegurando a competitividade que é inerente às licitações públicas.

Aguardamos breve retorno .

FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO !!



Alexsandra Ciotta
Gerente de Órgãos Públicos
Fone: (13) 99174-1152



 **Philips CoughAssist E70 - Discontinuation Letter for Distribution and Customers - BR 12-09-23 (1)**
(1).pdf
548K

PHILIPS

12 de setembro de 2023

Aos Clientes Philips Respironics



A Philips Respironics continua o trabalho de confiança no relacionamento com nossos valiosos clientes. Garantimos que as decisões relacionadas aos nossos produtos são tomadas tendo como prioridade máxima a segurança do paciente e a qualidade.

Como resultado das restrições de suprimentos e do fornecimento de componentes antigos, o dispositivo **CoughAssist E70** da Philips Respironics foi descontinuado globalmente desde **12 de setembro de 2023**. A Philips Respironics continuará oferecendo a Assistência Técnica Autorizada durante os próximos 5 anos. A garantia padrão de fabricante, será contada da data de venda dos dispositivos adquiridos. Além disso, a Philips Respironics continuará a dar suporte ao Serviço de Assistência Técnica Autorizada fornecendo partes, peças e acessórios de reparo enquanto houver disponibilidade nesse período, finalizando a disponibilidade **até a data final da assistência em 1º de outubro de 2028**. Uma lista de todos os números de modelos descontinuados relevantes pode ser encontrada na tabela abaixo.

Trabalharemos em estreita colaboração com você para facilitar uma transição segura e eficaz durante esse período.

A Philips Respironics continua comprometida com os cuidados respiratórios e do sono no fornecimento do que é mais importante para você e todos os pacientes - uma terapia segura e de qualidade.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o representante de vendas da Philips Respironics.

Agradecemos seu apoio contínuo e confiança.

Atenciosamente,

Philips Respironics

Anexo: Lista de PNs dos modelos descontinuados

PHILIPS



Part Numbers (PNs) dos Modelos Descontinuados

Philips Respironics - CoughAssist	
PN – Part Number	Descrição
1098160	CA,T70,EUA
U1098160	CA,T70,EUA-RECERTIFICADO
R1098160	CA,T70,EUA-ALUGUEL
1098159	CA E70 INTERNACIONAL
1098161	CA,E70,BRASIL
1098162	CA,E70,CHINA
1098163	CA,E70,JAPÃO
1130729	EASYCOUGH
1138050	CA E70,RÚSSIA
IT1098159	CA E70 INTERNACIONAL, IT
1098159M	COUGH ASSIST E70 INTERNATIONAL
1140677	CoughAssist E70, Ucrânia
1098159LR	CA E70 INTL - LOCAÇÃO DE LONGO PRAZO
R1098159	CA E70 INTERNACIONAL-LOCAÇÃO
1125426	CA2-ATOS 70